AlphaTRAK Lancing Device

LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE

For use with **AlphaTRAK Blood Glucose Monitoring System** from Abbott Animal Health.

Intended Use: To obtain capillary blood samples for blood glucose testing. This lancing device is a simple, reliable way to acquire a drop of capillary blood for testing. It includes a system to adjust the depth of puncture to accommodate multiple testing sites.

CAUTION: To reduce the chance of infection:

- Never share a lancet or lancing device.
- Always use a new sterile lancet. Lancets are for single use only.



Contents:
(1) Lancing Device, (1) Clear Cap, (1) Instructions for Use.

Read all instructions for the AlphaTRAK Blood Glucose Monitoring System and the lancing device carefully before testing. For additional instructions consult your veterinarian/veterinary surgeon.

Lancing Device Instructions For Use:

To obtain a drop of blood:

1. Gather supplies needed: lancing device, lancet.
2. Wash hands with warm soapy water. Dry thoroughly.
3. Snap the cap of the lancing device off at an angle.



4. Insert a new lancet firmly into the white lancet holder cup. (Pushing the lancet into the cup may cock the device; this is okay.)
   Note: Do not share or re-use lancets.



5. Hold the lancet firmly in place with one hand; use your other hand to twist off the rounded top.



6. Replace the cap until it snaps or clicks into place. Be careful not to touch the exposed needle on the lancet.



7. The lancing device offers four different settings. Level 1 is the shallowest depth; Level 4 is the deepest. Move the dial to the desired setting as shown in the depth indicator window.

8. The clear cap allows for better observation of the testing site. Greater pressure of the lancing device against the testing site can be used to increase the puncture depth.
9. Pull the dark cocking handle out until it clicks. (You may have already cocked the handle in Step 4; this is okay.) You are now ready to perform a blood glucose test.



10. Prior to testing make sure the testing site is clean and dry and select a comfortable and well-lit location for you and your pet.
11. Warming and massaging the test site will encourage good blood flow.
12. Hold the lancing device firmly, or the clear cap, against the selected testing site. Push the release button to obtain blood drop. Applying continued pressure to the test site, may help with the formation of a blood drop.

13. Bring the AlphaTRAK meter and test strip to the blood drop. Gently touch only one side of the test strip to the blood sample. Ensure the sample touches the thin side of the test strip in the black application area. Capillary action will pull the sample into the test strip.



14. Snap the cap of the lancing device off at an angle.



15. To prevent an accidental needle stick place the lancet safety cap on a hard surface. Carefully stick the lancet tip into the safety cap.
16. Push the release button to allow access to the white clip that holds the lancet. Pinch the white clip that holds the lancet until the lancet falls out (or pull the lancet straight out of the holder.)



17. The rules for disposing of medical products and sharp objects vary so be sure you know what is appropriate in your area. Discard the used lancet properly in a puncture-resistant container.
18. Replace the cap to prevent loss of cap.

Use isopropyl alcohol (available in the USA) or soap and water to wipe the outside of the lancing device. If you wish, remove the cap, wash it in warm water and rinse well.

Important: Do not immerse the body of the lancing device in water or any other liquid.

For Technical Service and Customer Service call (USA and Canada) (888) 299-7416.
For Technical Enquires (UK) call: + 44 (0) 1628 644354.
Veterinary medical device for use under the direction of a veterinary professional.

Distributed by:
Abbott Laboratories, Ltd.
Abbott House, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4XE, United Kingdom
Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064, USA
Product of USA
ART26247 Rev. A 11/11
©2011 Abbott Laboratories

Abbott

Dispositif autopiqueur AlphaTRAK

MODE D'EMPLOI DU DISPOSITIF AUTOPIQUEUR

Doit être utilisé avec le **système de surveillance de la glycémie AlphaTRAK** d'Abbott Santé animale.

Utilisation prévue : Pour obtenir un échantillon de sang capillaire pour le dosage de la glycémie.

Le dispositif autopiqueur est une façon simple et fiable d'obtenir une goutte de sang capillaire pour mesurer la glycémie. Il comprend un système permettant d'ajuster la profondeur de la piqûre afin de faire des prélèvements à des endroits différents.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'infection :

Ne jamais partager une lancette ou un dispositif autopiqueur.

Toujours utiliser une nouvelle lancette stérile. Les lancettes sont à usage unique.



Contenu :

(1) dispositif autopiqueur, (1) capuchon transparent, (1) mode d'emploi.

Lire toutes les instructions concernant le système de surveillance de la glycémie AlphaTRAK et le dispositif autopiqueur avant de les utiliser. Consulter un vétérinaire/chirurgien vétérinaire pour des instructions supplémentaires.

Mode d'emploi du dispositif autopiqueur :

Pour obtenir une goutte de sang :

1. Rassembler tout le matériel nécessaire : dispositif autopiqueur, lancette.
2. Se laver les mains avec de l'eau tiède savonneuse et les assécher complètement.
3. Enlever le capuchon du dispositif autopiqueur en tirant à angle sur les deux extrémités.



4. Insérer fermement une nouvelle lancette dans le réceptacle du porte-lancette blanc. (Le fait de pousser la lancette dans le réceptacle peut armer l'appareil, ce qui est correct.) **Remarque :** Ne pas partager ni réutiliser les lancettes.



5. Tenir la lancette fermement avec une main; utiliser l'autre main pour casser l'extrémité arrondie par torsion.



6. Replacer le capuchon et l'enfoncer en place jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Prendre garde de ne pas toucher l'aiguille découverte de la lancette.



7. Le dispositif autopiqueur permet quatre réglages différents. Le niveau 1 est le moins profond; le niveau 4 est le plus profond. Déplacer la molette jusqu'au réglage désiré, affiché dans l'indicateur de profondeur.

8. Le capuchon transparent permet de mieux voir le site de prélèvement. Une plus grande pression sur le site de prélèvement peut être exercée afin d'augmenter la profondeur de pénétration.
9. Tirer sur le levier d'armement foncé jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. (Il est possible que le levier ait été armé à l'étape 4, ce qui est correct.) Il est maintenant possible de procéder à un dosage de la glycémie.



10. Avant le prélèvement, s'assurer que le site de prélèvement est propre et sec et s'installer avec l'animal dans un endroit confortable et bien éclairé.
11. Le fait de réchauffer ou de masser le site de prélèvement augmentera la circulation sanguine à cet endroit.
12. Maintenir fermement le dispositif autopiqueur, ou le capuchon transparent, sur le site de prélèvement choisi. Appuyer sur le bouton déclencheur pour obtenir une goutte de sang. Le fait d'appliquer une pression constante au site de prélèvement peut aider à la formation d'une goutte de sang.

13. Approcher le lecteur et la bandelette de dosage AlphaTRAK de la goutte de sang. Toucher légèrement l'échantillon de sang avec une seule extrémité de la bandelette de dosage. S'assurer que l'échantillon entre en contact avec l'extrémité mince de la bandelette de dosage au niveau de la zone noire. L'échantillon pénétrera dans la bandelette de dosage par capillarité.



14. Enlever le capuchon du dispositif autopiqueur en tirant à angle sur les deux extrémités.



15. Afin d'éviter une piqûre accidentelle avec l'aiguille, placer le capuchon de sécurité de la lancette sur une surface dure. Insérer l'extrémité de la lancette avec précaution dans le capuchon de sécurité.
16. Appuyer sur le bouton déclencheur pour avoir accès à l'attache blanche qui retient la lancette. Pincer l'attache blanche qui retient la lancette jusqu'à ce que la lancette tombe (ou tirer sur la lancette pour la retirer du porte-lancette).



17. Les règlements relatifs à la mise au rebut de produits médicaux et d'objets pointus peuvent varier; il faut donc s'assurer de connaître les règlements qui s'appliquent. Jeter la lancette usagée de façon appropriée dans un contenant résistant aux perforations.
18. Remettre le capuchon en place pour ne pas le perdre.

Utiliser de l'alcool isopropylique (vendu aux États-Unis) ou de l'eau et du savon pour nettoyer l'extérieur du dispositif autopiqueur. S'il y a lieu, retirer le capuchon, le laver à l'eau tiède et bien le rincer.

Important : Ne pas immerger le dispositif autopiqueur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Pour joindre le Service technique ou le Service à la clientèle (Canada et États-Unis), composer le 888 299-7416.

Pour joindre les Renseignements techniques (Royaume-Uni), composer le +44 (0) 1628 644354.

Dispositif médical vétérinaire qui doit être utilisé sous la supervision d'un vétérinaire.

Distribué par :
Abbott Laboratories, Ltd.
Abbott House, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4XE, Royaume-Uni
Abbott Laboratories , North Chicago, IL 60064, États-Unis
Produit des États-Unis
©2011 Abbott Laboratories

Abbott